

Số: /SoKHCHN-QLCL

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

V/v thông báo hoàn trả hồ sơ đề nghị
gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị
X-quang chẩn đoán trong y tế

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành.
(Số 01, Lý Thái Tổ, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành,
tỉnh Đồng Nai)

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ về việc quy định tiến hành công việc bức xạ và hoạt động hỗ trợ ứng
dụng năng lượng nguyên tử;

Theo hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long
Thành (**Hồ sơ: H19.5-250509-1333**) tiếp nhận ngày 10 tháng 5 năm 2025 trên hệ
thống một cửa điện tử.

Qua kiểm tra hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến Bệnh viện
Đa khoa khu vực Long Thành biết hồ sơ trên chưa hợp lệ vì lý do như sau:

STT	Tài liệu	Lý do hoàn trả
01	Phiếu khai báo nhân viên và người phụ trách an toàn bức xạ	Thông tin về Chứng nhận đào tạo của Trần Văn Tình, Lê Vũ, Nguyễn Lê Hiền không trùng khớp với thông tin các Giấy chứng nhận đào tạo kèm theo.
02	Giấy chứng nhận kiểm định và biên bản kiểm định của Thiết bị chụp cắt lớp vi tính	- Tại Biên bản kiểm định kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định thiếu chữ ký của Người chứng kiến và Lãnh đạo cơ sở sử dụng thiết bị. - Thông số đặc trưng kỹ thuật của Giấy chứng nhận kiểm định số 196/CNKĐ-XQCLVT của Công ty TNHH Đạt Technical ghi nhận: (130 kV, 180 mA) khác với nội dung với Kết quả kiểm xạ số 0109-25/BX/BBKT của Viện kiểm định Thiết bị và Đo lường ghi nhận: 140 kV, 125mA.
03	Biên bản kiểm xạ	- Chưa đầy đủ công tác kiểm xạ theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Thông tư 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành thực hiện rà soát nội dung trên và thực hiện nỘp lại trên hệ thống một cửa điện tử. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành thực hiện thẩm định theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - GĐ và các PGĐ Sở;
 - Lưu: VT, QLCL.
- QLCLCuong_thongbaohoantrahoso
(BenhviendakhoakhuvucLongThanh)
H19.5-250509-1333

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thế Vinh